

## 細菌検査技能評価試験 個別結果報告書

1111111111

株式会社〇〇〇〇〇  
〇〇工場  
〇〇 〇〇 様

見本

〒161-0031

東京都新宿区西落合2-12-14

株式会社BMLフード・ソリューションズ



2024年第△回 細菌検査技能評価試験の評価をご報告いたします。

## 個人評価

項目	結果	評価	Zスコア
一般生菌数	11,300	満足	0.29
大腸菌群			-
大腸菌	青	適	-
黄色ブドウ球菌	赤	適	-

大腸菌群・大腸菌・黄色ブドウ球菌の結果は、解答結果が該当の菌種試験管（キャップの色）と一致した場合「適」（正解）、一致しなかった場合「不適」（不正解）と評価しました。  
また、未実施の試験項目の場合は結果は表示されません。

## Zスコアの評価基準

Zスコアの範囲	評価
$ Z  \leq 2.0$	満足
$2.0 <  Z  < 3.0$	疑わしい
$3.0 \leq  Z $	不満足

一般生菌数の測定は参加者のZスコアに対し上記基準で評価を行っております。